

**Změna metody vyšetření protilátek proti boreliím.**

Oznamujeme, že od **11. 7. 2022** mění laboratoř metodu vyšetření protilátek proti boreliím. Přecházíme na chemiluminiscenční metodu s rekombinantními antigeny *Borrelia afzelii*, *Borrelia garinii*, *Borrelia burgdorferi sensu stricto* a *Borrelia burgdorferi sensu lato*.

Mění se mezní hodnoty vyšetření i jednotky, není možno je srovnávat s předchozí metodou ELISA. Srovnatelné je hodnocení, tj. negativní, hraniční a pozitivní.

**Meze vyšetření:**

| Metoda      | Hodnoty |           | jednotky |
|-------------|---------|-----------|----------|
| Borelie IgG | <18     | negativní | U/ml     |
|             | 18 - 22 | hraniční  |          |
|             | ≥ 22    | pozitivní |          |
| Borelie IgM | <18     | negativní | U/ml     |
|             | 18 - 22 | hraniční  |          |
|             | ≥ 22    | pozitivní |          |

MUDr. Erika Czyžová

Tel. 580 333 831-35

+420601 189 519

[erika.cyzova@nemocnicesumperk.cz](mailto:erika.cyzova@nemocnicesumperk.cz)

<http://www.nemocnicesumperk.cz/mikrobiologicka-laborator>